



# VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS Endoscope Processing System

Fiche de données de sécurité

Version: 1.0

## 1. Identification de la substance et de l'entreprise

### VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS Endoscope Processing System

Produit n° PCC029

Fiche signalétique n° S206FR

Préparée par : M. Ebers

[asksteris\\_msds@steris.com](mailto:asksteris_msds@steris.com)

Date de création : 05/22/2007

Date de révision : 02/12/2018

Date de relecture : S.O.

CLASSES DE RISQUE NFPA 704 :

SANTÉ : N.D.

INCENDIE : N.D.

RÉACTIVITÉ : N.D.

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, États-Unis  
N° de téléphone d'urgence 1-314-535-1395 (STERIS) ; 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
Numéro de téléphone pour renseignements : 1-800-548-4873 (Service clientèle, produits de santé)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
County Offaly, R35 X865, Ireland.

Téléphone d'urgence: +44 (0) 1895 622 639

Produit / Téléphone d'information technique n °: +44 (0) 116 276 8636

| PRODUCT NAME:                               | PRODUCT NUMBER: |
|---|-----------------|
| VERIFY™ Process Indicator for Reliance™ EPS | PCC029          |
|   |                 |
| Transport                                   | Non réglementé  |

Ces produits ne sont PAS des produits dangereux dans le sens de la définition donnée par le document OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

#### **En cas d'exposition accidentelle, prendre les mesures de précaution suivantes :**

**YEUX :** Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

**PEAU :** Laver immédiatement au savon et à l'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin.

**INGESTION :** Faire boire de l'eau et consulter un médecin.

**INHALATION :** Mettre le patient au grand air. En cas de difficulté respiratoire, consulter un médecin.

#### **Manipulation et élimination des bandelettes d'indicateur chimique :**

**Précautions de manipulation et de stockage :** Maintenir le récipient hermétiquement fermé.

Entreposer entre 6 et 30 °C (43–86 °F) et entre 30 et 80 % d'humidité relative.

**Méthodes d'élimination des déchets :** Jeter les bandelettes et les flacons en plastique usagés ou périmés dans une poubelle conformément aux réglementations locales et nationales.

Les informations sur cette fiche n'est pas une spécification et ne garantit pas les propriétés spécifiques. L'information est destiné à fournir des connaissances générales à la santé et la sécurité sur la base de notre connaissance de la manipulation, le stockage et l'utilisation du produit. Elle n'est pas applicable aux utilisations inhabituelles ou non standard du produit ou où l'instruction ou recommandations ne sont pas suivies.