



**1.产品及企业标识**

**Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip**

产品编号 PCC053、PCC054

SDS 编号 S296CN

起草者: M. Ebers

[asksteris\\_msd@steris.com](mailto:asksteris_msd@steris.com)

制订日期: 12/02/2015

修订日期: 02/27/2018

NFPA 704 危害等级:

健康: 0

火灾: 0

反应性: 0

审核日期: 不适用

STERIS Corporation, P.O.Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

紧急求助电话: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC US); 1-703-741-5970 (CHEMTREC International)

咨询电话: 1-800-548-4873 (客户服务 — 卫生保健产品)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore  
County Offaly, R35 X865, Ireland.

紧急求助电话: +44 (0) 1895 622 639

产品/技术咨询电话: +44 (0) 116 276 8636

<b>产品名称:</b>	<b>产品编号:</b>
Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip (60 条装)	PCC053
Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip (2 X 60 条装)	PCC054
<b>运输信息:</b>	<b>没有限制</b>

按照美国职业安全与卫生管理局 (OSHA) 危险识别标准 29 CFR 1910.1200, 这些产品不是危险产品。

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip 不含乳胶和天然干橡胶制品。

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip 不含任何动物源性成分, 也未与动物来源物料接触, 因此符合“降低通过人类和兽医药用产品传播传染性动物海绵状脑病体风险的指南 (EMEA/410/01, 2003 年 10 月 2 日修订版)”。

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip 在无铅和其他重金属的环境中生产。

**如果发生意外暴露, 应采取以下预防措施:**

**眼睛:** 立即用大量清水冲洗眼睛 15 分钟。如果刺激症状仍然存在, 则请就医。

**皮肤:** 立即使用肥皂和水清洗。如果出现刺激症状, 则请就医。

**误食:** 饮水并就医。

**吸入:** 移至空气清新处。如有任何呼吸困难, 则请就医。

**化学测验试纸条的处理和处置:**

**处理和储存注意事项:** 保持容器盖紧。存放在温度为 6°C - 30°C、湿度为 30 - 80% 的环境中。

请勿冷冻。试纸条应避光、避热和防潮。防止试纸条接触氧化剂、强酸/强碱和去污剂。

**废物处置方法:** 根据联邦、州和当地法规, 将用过的/过期的化学指示剂和包装盒弃于废料桶中。

本表中的信息并非产品规格, 且无法保证特定属性。该信息旨在根据我们对处理、储存和使用本产品的了解提供有关健康和安全性的一般性知识。它不适用于本产品的非正常或不标准的用途, 也不适用于没有遵从说明或建议的使用情况。