



1. 製品及び会社情報

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip

製品番号 PCC053、PCC054

SDS 番号 S296JP

作成者: M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

作成日: 12/02/2015

改定日: 02/27/2018

NFPA 704 危険性分類:

人体: 0

燃焼性: 0

反応性: 0

再考日: 該当せず

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

緊急時電話番号: 1-314-535-1395 (STERIS)、1-800-424-9300 (CHEMTREC)

問い合わせ電話番号: 1-800-548-4873 (お客様サービス - ヘルスケア製品)

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore
 County Offaly, R35 X865, Ireland.

緊急時電話番号: +44 (0) 1895 622 639

製品/技術情報に関する問い合わせ電話番号: +44 (0) 116 276 8636

会社情報

ステリスジャパン株式会社

東京都千代田区麹町5丁目1番地

電話: 03-5210-1521

Fax: 03-5210-1522

製品名:	製品番号:
Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip (60 個のストリップ)	PCC053
Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip (2 X 60 個のストリップ)	PCC054
発送情報:	制限なし

OSHA 危険有害性周知基準 29 CFR 1910.1200 によると、これらの製品は有害製品ではありません。

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip には、ラテックスや乾燥天然ゴムは含まれていません。

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip には、動物由来の成分は含まれておらず、動物由来の物質と接触することがないため、「人間と動物のための医薬品を介して動物海綿状脳症病原体が伝達されるリスクを最小限にする指針に関するメモ」(EMEA/410/01 Rev. 2- 2003 年 10 月)に準拠しています。

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip は、鉛やその他の重金属のない条件下で製造されています。

誤って接触した場合は、以下の対策に従ってください。

眼に入った場合: 直ちに大量の流水で 15 分目を洗浄し、炎症が継続する場合は、医師の診察を受けること。

皮膚に接触した場合: 直ちに石鹸と水で洗浄し、炎症が進行した場合は、医師の診察を受けること。

飲み込んだ場合: 飲み水を与え、医師の診察を受けること。

吸入した場合: 新鮮な空気のある場所へ移動し、呼吸困難がある場合は、医師の診察を受けること。

ケミカルモニタリングストリップの取り扱いと廃棄:

取り扱いおよび保管上の注意: キャップをしっかりと閉じてください。6°C ~ 30°C、湿度 30~80%で保管してください。凍結させないでください。光、熱、水分への暴露からストリップを保護してください。酸化剤、強酸/強アルカリ、洗浄剤への暴露からストリップを保護してください。

廃棄物処理方法: 使用済み/期限切れのケミカルインジケータと箱は、国、都道府県、市区町村の規制に従って、ゴミ箱に廃棄してください。

本 MSDS の情報は仕様ではなく、特定の性質を示すものではない。ここでの情報は、本製品の取り扱い、管理、使用についての当社の知識に基づいた、健康と安全性に関する一般的な情報の提供を目的としている。本製品を通常とは異なる方法で使用または標準に従わずに使用したり、指示や推奨事項が守られない場合、本情報は適用されない。